A1CNow® SAMOKONTROLA

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

1-317-870-5610

Zachęcamy do dzwonienia w celu uzyskania wskazówek na temat wykonywania testu.

Materiały wymagane do badań

⚠ WAŻNE!

- Nie otwierać torebek dopóki nie pojawi się odpowiednia instrukcja.
- Należy się upewnić, że numer serii na monitorze jest zgodny z numerami serii na czerwonych i f oletowych torebkach.
- Używać w pomieszczeniach, w temperaturach 18°C-25°C / 64°F-77°F.

Dodatkowe informacje zawiera dokument Informacje ogólne oraz dokument Pomocne wskazówki.

W przypadku pytań na temat wyniku badania A1C należy skontaktować się z lekarzem lub pracownikiem służby zdrowia.

NIE NALEŻY zmieniać sposobu przyjmowania leków, chyba że odpowiednie zalecenie wyda lekarz lub pracownik służby zdrowia.

Przykładowy numer partii i data ważności

⚠ POCZEKAĆ PRZED OTWARCIEM

Przykładowy numer partii i data ważności

Monitor PRZÓD

Kod

Monitor TYŁ

Przykładowy numer partii





A1CNow® SAMOKONTROLA

Dziennik wyników

Tutaj rejestruj postępy.

Zarejestruj stężenie A1C tutaj i zabierz wynik ze sobą na następną wizytę u lekarza. W dostępnym polu zaznacz docelową wartość A1C.

1
Data:
Wynik A1C:
Cel A1C:

2
Data:
Wynik A1C:
Cel A1C:

Instrukcje krok po kroku są na odwrocie

Masz pytania? Zadzwoń 1-317-870-5610.

A1CNow jest zarejestrowanym znakiem towarowym f rmy Polymer Technology Systems, Inc.

Pobieranie krwi

⚠ Otworzyć TYLKO f oletową torebkę!

1 Nakłuć palec



Przed rozpoczęciem testu umyć lub oczyścić alkoholem ręce i wysuszyć je. Zdjąć nakrywkę. Wcisnąć lancet w palec.

Delikatnie ścisnąć palec, aby uzyskać odpowiednią ilość krwi.



● Rzeczywista wymagana wielkość

2 Pobrać krew



Delikatnie dotknąć kolektorem krwi szczytu kropli krwi.

Upewnić się, że rurka jest prawidłowo wypełniona.



3a Wprowadzić kolektor krwi do otwartego końca shakera



Mocno docisnąć, jednocześnie obracając w celu pełnego wprowadzenia!



3b Upewnić się, że kolektor krwi jest całkowicie wprowadzony do shakera

Między kolektorem krwi a shakerem nie powinno być ŻADNEJ PRZERWY.



4 POTRZĄSAĆ przez 5 sekund, a następnie odłożyć na bok





Po zakończeniu potrząsania postawić shaker na stole.

Badanie krwi

⚠ Czerwoną torebkę otworzyć PO pobraniu krwi!

PO OTWARCIU ZUŻYĆ KASETĘ W CIĄGU 2 MINUT

5 Wprowadzić kasetę

⚠ Mocno docisnąć w celu pełnego wprowadzenia!

Kaseta znajdzie się we właściwym położeniu, czemu będzie towarzyszył dźwięk kliknięcia.



6 Poczekać (komunikat „WAIT") na pojawienie się komunikatu „SMPL" (Próbka)

Komunikat „SMPL" (Próbka) oznacza gotowość na próbkę z shakera.

7a Zdjąć podstawę z shakera





7b Wcisnąć shaker do kasety i szybko wyjąć, gdy pojawi się komunikat „RUN" (Praca)

Pozostawić płasko na stole.

Pojawi się komunikat „RUN" (Praca).

8 Nie podnosić. Poczekać na wynik.

Nie podnosić przed upływem odliczania 5 minut. Wynik będzie wyświetlany naprzemiennie z komunikatem „QCOK".

Wyjąć kasetę i zutylizować ją razem z shakerem. Zachować monitor w celu wykonywania kolejnych testów. Na monitorze pojawi się komunikat „01TL", jeśli pozostał tylko jeden test, albo „00TL", jeśli ostatni test został właśnie wykorzystany.

Wynik badania A1C należy zarejestrować w dołączonym Dzienniku wyników.

Monitor będzie wyświetlał wynik przez 60 minut, a następnie wyłączy się automatycznie.

A1CNow® SAMOKONTROLA

Polymer Technology Systems, Inc.
7736 Zionsville Road
Indianapolis, IN 46268 USA
1-317-870-5610